

广州医科大学附属番禺中心医院验光仪采购项目市场调查公告- 调研公告

广州医科大学附属番禺中心医院验光仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对验光仪采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

序号	设备名称	数量	应用方向
1	验光仪	1台	用于检测眼部屈光状态。

二、技术参数要求

设备名称	功能\参数需求（仅参考）	配置清单
验光仪	1、电脑验光测量范围： （1）球镜：-25.00D~+25.00D（0.12D/0.25D精度） （2）柱镜0D~±10D（0.12D/0.25D精度） （3）轴向0°~180°（1°/5°精度） （4）最小瞳孔直径：≤φ2.0mm 2、角膜曲率测量范围： （1）曲率半径：5.00至10.00mm（0.01mm精度） （2）角膜屈光：30.00D~67.50D（0.12D/0.25D精度） 3、需具备打印测量数据功能 4、具备包含但不限于USB、RS-232C、LAN接口	标准配置

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

设备名称	厂家/品牌	型号	单价 (万元)	数量	金额 (万元)	医疗器械注册证号	生产厂家所属企业类型(大型/中型/小型/微型)	保修期

★联系人、联系电话；

2.（如有）设备主要选配件及报价

产品名称	规格型号	品牌	单价	注册证号	备注

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2025年7月3日—2025年7月10日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料邮寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院验光仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年7月3日