

# 广州医科大学附属番禺中心医院美容电动手术床、手术无影灯采购项目市场调查公告-调研公告

## 广州医科大学附属番禺中心医院美容电动手术床、手术无影灯采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对美容电动手术床、手术无影灯采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

### 一、设备需求清单：

序号	设备名称	数量	应用方向
1	美容电动手术床	1台	美容手术
2	手术无影灯	1台	美容手术

### 二、技术参数要求

设备名称	功能\参数需求	配置清单
------	---------	------

<p>美容电动手术床</p>	<p>1. 背板调节：可实现 0°-90° 的连续、精准调节，并且能在任意角度停留，以满足如面部拉皮、隆鼻等手术对患者头部和上身不同角度的精确要求。</p> <p>2. 独立腿板和脚板调节：腿板和脚板可分别独立进行多角度调节，腿板分开角度可达 0°-120°，脚板可实现上翘和下弯各 30°-60° 的调节，便于进行腿部塑形、足部整形等手术时。</p> <p>3. 腰桥功能：具备可升降的腰桥，升起高度一般在 50 - 100mm 左右，能够突出患者的腰部，便于进行腰部吸脂相关美容手术等。</p> <p>4. 高度调节：高度调节约在 400 - 1200mm 之间，且能以 1 - 5mm 的精度进行微调。</p> <p>5. 平移功能：具备水平平移外、前后和左右方向的平移功能，。</p> <p>6. 智能记忆功能：可预设并记忆多种常用的手术体位和床面高度等参数，只需一键操作，手术床就能快速调整到预设的理想状态。</p> <p>7. 承重能力：一般不低于 200kg，要求能在进行一些需要特殊体位或较大幅度调整的手术时，也能确保患者的安全和手术的顺利进行。</p> <p>8. 材质：采用高品质的医用级记忆海绵或凝胶床垫，具有更好的贴合性和压力分散性能，能有效减少患者在手术过程中的压疮风险，同时具备抗菌、抗污、易清洁等特性。</p> <p>9. 尺寸：床面尺寸约为长 2000 - 2200mm，宽 700 - 800mm，为患者提供更宽敞舒适的躺卧空间，尤其对于一些需要长时间手术或身体伸展的美容手术，能更好地满足患者的体位需求。</p> <p>10. 采用高品质的电机，以减少维修和更换频率，保证手术床的稳定运行。</p>	<p>标准配置</p>
----------------	---	-------------

手术无影灯	<p>1. 高亮度与均匀性：能提供足够高的亮度，要求中心照度在30000 - 100000 lux 之间，且整个手术区域的照度均匀度不低于 0.9，确保手术视野清晰，无阴影，让医生能准确分辨组织和血管等细微结构。</p> <p>2. 无影效果：采用多组反射镜或透镜组合，使本影区几乎完全消除，半影区也尽可能减小，为手术提供清晰的视觉环境。</p> <p>3. 配双臂，一臂一灯头。</p> <p>4. 悬臂长度：悬臂应具有足够的长度，在 1.5 - 3 米之间，可根据手术间的布局 and 手术台的位置灵活调整灯头的位置，确保灯光能够准确照射到手术部位。</p> <p>5. 安装方式：支持天花板悬挂式或墙壁固定式安装。</p> <p>6. 色温调节：色温可在3000 - 5000K 范围内连续调节，以模拟自然光线，接近人体组织的真实颜色，让医生能准确判断组织的状态和颜色变化。</p> <p>7. 角度调节：灯头应能在水平和垂直方向上进行灵活调节，水平旋转角度不小于 360°，垂直俯仰角度在 0 - 90° 之间。</p> <p>8. 聚焦调节：具备聚焦功能。</p> <p>9. 防眩功能。</p> <p>10. 光斑直径：在手术台上的光斑直径可根据手术需求进行调节，一般在100 - 300mm 之间，以适应不同类型和规模的美容手术，提供合适的照明范围。</p>	
-------	--	--

三、报名资料要求:

(一) 调查材料需求

1、设备报价单

设备名称	厂家/ 品牌	型号	单价 (万元)	数量	金额 (万元)	医疗器械注册 证号	生产厂家所属企业 类型(大型/中 型/小型)	保修期
								三年以上

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

2. 设备主要选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2025年4月29日—2025年5月8日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院美容电动手术床、手术无影灯采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年4月29日