

# 广州医科大学附属番禺中心医院实时荧光定量PCR仪采购项目 市场调查公告-调研公告

## 广州医科大学附属番禺中心医院实时荧光定量PCR仪采购项目市场调查公 告

广州医科大学附属番禺中心医院现对便携式实时荧光定量PCR仪采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

### 一、设备需求清单：

序号	设备名称	数量	应用方向
1	实时荧光定量PCR仪	4台	临床检验

### 二、技术参数要求

设备名称	功能\参数需求（仅供参考）	配置清单
实时荧光定量PCR仪	1.可用于呼吸道感染病原体（包括甲流病毒、乙流病毒、肺炎支原体、合胞病毒、腺病毒等）核酸的快速定量/定性检测，要求上机30分钟内出检测结果。 2. 样品通量：16 X 0.2ml，兼容单管和八联管。 3. 不少于4色荧光通道。 4. 软件功能：包含但不限于绝对定量、相对定量、终点法基因分型、熔解曲线法基因分型、Tm值测定、熔解曲线分析功能。 5. 仪器小巧重量轻，可选配外接电池。	标配

### 三、报名资料要求：

#### （一）调查材料需求

#### 1、设备报价单

设备名称	厂家/品牌	型号	单价 (万元)	数量	金额 (万元)	医疗器械注册证号	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型）	保修期

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

2.（如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

耗材产品名称	耗材规格型号	品牌	单价	注册证号	医保码	是否一次性使用耗材	是否专机专用耗材	备注

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍

★11. 《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）报名材料提交时间：2025年2月18日—2025年2月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

- 1.纸质材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），先寄一份纸质材料到医院地点。
- 2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。
- 3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

（四）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院便携式实时荧光定量PCR仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年2月18日